MMI 人工蘇生器テスト用圧力計キット
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 「MMI 蘇生バッグ」の機能試験用としてのみ使用し、患者には使用しないでください。
2) 本品の二次的加工をしないでください。
3) 圧力範囲（-100～100 ㎝ H_2O（＝-9.8～9.8kPa））以上に、圧をかけないでください。
   ※ただし、「MMI 蘇生バッグ」は 0～100 ㎝ H_2O（＝0～9.8kPa）で使用します。
4) 使用前に、チューブに折れ、ピンホール等がないか確認してください。

2. 製品概要と各部の名称

圧力計

（裏）

三方コネクタ



コネクタ付接続チューブ

3. 使用方法と注意事項

1) 圧力計裏側のセットナットをゆるめて取り外してください。

2) コネクタ付接続チューブのコネクタがついていない一端に取り外したセットナットを挿入してから、圧力計裏側の接続部分の奥まで差し込んでください。



3) セットナットを締めてください。

> ⚠ 注意
> セットナットは最後まで締める必要はありません。

4) コネクタ付接続チューブのコネクタに「MMI 蘇生バッグ」の逆止弁ユニット（患者マスク接続口）を接続してください。

※テスト肺（別売）を接続する場合は三方コネクタと接続チューブを下図 B のようにご使用ください。



[図 A]



[図 B]

> ⚠ 注意
> 「MMI 蘇生バッグ」とテスト肺は別売です。

5) 「MMI 蘇生バッグ」の取扱説明書にしたがって、加圧限定弁の機能試験を行ってください。

4. 清掃、保管方法

1) 汚れた場合は、柔らかい布又は少量のアルコールで湿らせた布で清拭してください。
2) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。

5. 連絡先

販売元　：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

注文コード	品　番	商品名
502-029-71	25001	MMI 人工蘇生器ﾃｽﾄ用圧力計ｷｯﾄ

6. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、***MMI人工蘇生器テスト用圧力計キット*** をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.
※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: ***MMI人工蘇生器テスト用圧力計キット*** ご芳名 ご住所 TEL.　　(　　)	お買い上げ店名 印 住所 TEL.　　(　　) お買い上げ日　　年　　月　　日

製造販売業者
村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546